



Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
ul. Niedurnego 50 d
41-709 Ruda Śląska
Tel. (32) 340 35 20

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.	32-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych	TAK, podać	
2.	Wysokiej klasy komputer PC (Intel Core i5, HDD 1TB, RAM 8GB, nVidia 2GB)	TAK, podać	
3.	Monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 21"	TAK, podać	
4.	Drukarka laserowa do wydruków badań i fragmentów zapisów EEG	TAK, podać	
5.	Zasilacz awaryjny podtrzymujący działanie systemu w przypadku awarii zasilania	TAK, załączyć	
6.	Fotostymulator diodowy dowolnie programowany przez Użytkownika	TAK, podać	
7.	Oprogramowanie do rejestracji i analizy EEG	TAK, podać	
8.	Oprogramowanie EEG	TAK, podać	
9.	Konsola z filtrem przeciwprzepięciowym, okablowanie systemu	TAK, podać	
10.	Statywy i profesjonalne uchwyty do stymulatora i głowicy	TAK, podać	
11.	Czepek EEG z zestawem elektrod grzybkowych i przewodów	TAK, podać	
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK, podać	
13.	Okres gwarancji min. 36 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu do placówki i jego uruchomienia.	TAK, podać	

Brak spełnienia któregośkolwiek z parametrów skutkuje wykluczeniem oferty.

.....
/podpisy i imienne pieczętki
osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferent