



Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
ul. Niedurnego 50 d
41-709 Ruda Śląska
Tel. (32) 340 35 20

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wideokolonoskop

- średnica zewnętrzna : 12,8mm
- kanał roboczy : 3,7mm
- dodatkowy kanał spłukiwania na wprost
- pole widzenia : 140 stopni
- długość robocza : 168mm
- w zestawie wielorazowe oryginalne akcesoria: przycisk woda-powietrze; przycisk ssania; nakładka wodoszczelna; dren do kanału dodatkowego
- kompatybilny z posiadanym przez przychodnię systemem EXERA II 165 oraz myjnią endoskopową ETD-3

stan techniczny : fabrycznie nowy z roku produkcji 2017 lub 2018

Dopuszcza się urządzenie używane, serwisowane w oparciu o oryginalne części producenta w bardzo dobrym stanie technicznym. Przed złożeniem oferty wymagana jest prezentacja egzemplarza i zaakceptowanie jego stanu technicznego przez Zamawiającego.

Wymagany jest paszport techniczny z wpisem przeglądu na 12 miesięcy.

.....
/podpisy i imienne pieczętki osób
uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta/